

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN KIẾN AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 76 /CV-BVKA-TMS
V/v đính chính thư mời chào giá vật tư y
tế lọc máu

Hải Phòng, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế

Bệnh viện Kiến An đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế Lọc máu phục vụ lọc máu định kỳ và lọc máu liên tục năm 2022 (18 vật tư, chi tiết tại Phụ lục đính kèm), Bệnh viện Kiến An kính mời các đơn vị đủ năng lực, kinh nghiệm và có khả năng cung cấp tham gia chào giá các mặt hàng theo công văn số 57/CV-BVKA-TMS ngày 14/01/2021.

Tuy nhiên do có lỗi đánh máy bên phía tư vấn kỹ thuật, do vậy Bệnh viện gửi đính chính thông số kỹ thuật mặt hàng STT 04: Quả lọc thận nhân tạo, cụ thể như sau:

STT	Tên vật tư	Thông số theo công văn số 57/CV-BVKA-TMS ngày 14/01/2021	Thông số sau chỉnh sửa
1	Quả lọc thận nhân tạo	Chất liệu màng lọc: alpha Polysulfone Pro Diện tích bề mặt: $\leq 1.6m^2$ Hệ số siêu lọc (KUF): ≤ 14 (ml/h/mmHg) Thể tích chứa máu $\geq 98ml$ Độ thanh thải: Ure: ≥ 269 , Creatinine: ≥ 242 , Phosphate: ≥ 187 , Vitamin B12: ≥ 112 Tiệt trùng: Bằng tia Gamma không Oxy hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Chất liệu màng lọc: Polysulfone, dẫn chất Polysulfone hoặc tương đương Diện tích bề mặt: $\leq 1.6m^2$ Hệ số siêu lọc (KUF): ≥ 14 (ml/h/mmHg) Thể tích chứa máu $\geq 98ml$ Độ thanh thải: Ure: ≥ 269 , Creatinine: ≥ 242 , Phosphate: ≥ 187 , Vitamin B12: ≥ 112 Tiệt trùng: Bằng tia Gamma không Oxy hoặc tương đương Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

Kính mời Đơn vị quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên đề nghị liên hệ và gửi hồ sơ báo giá (bản giấy) về địa chỉ: Khoa Dược, Bệnh viện Kiên An, Số 35 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, Kiên An, Hải Phòng (SĐT: 0868.505.724) đến trước 16 giờ ngày 21 tháng 01 năm 2022 để bệnh viện tổng hợp..

Bản mềm thư chào giá xin gửi về 02 địa chỉ email: vanthubvka@gmail.com, bvka.tms@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, KD

GIÁM ĐỐC 



GIÁM ĐỐC
TS.BS. Nguyễn Bà Phước