

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp giường y tế một tay quay có lan can năm 2025

Bệnh viện Kiến An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp giường y tế một tay quay có lan can năm 2025 có nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Kiến An;

Địa chỉ: Số 35 đường Trần Tất Văn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà: Lã Thị Thu Hằng - Nhân viên Phòng Hành chính Quản trị

Điện thoại: **0973.422.550**

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Kiến An - Số 35 đường Trần Tất Văn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: **0225.3668115**

- Nhận qua email: **vanthubvka@gmail.com** (File mềm báo giá kèm cấu hình, thông số kỹ thuật được gửi dưới dạng PDF có đóng dấu và thêm file Word hoặc Excell)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 30 tháng 5 năm 2025 đến trước 17h ngày 6 tháng 6 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Đơn vị báo giá đảm bảo nội dung sau:

- Phải đủ năng lực pháp lý, khi gửi báo giá phải kèm theo giấy phép kinh doanh, đơn vị báo giá phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin cung cấp.

- Báo giá phải đáp ứng đúng tiêu chí kỹ thuật và quy cách của mã hàng hóa mời chào giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục cụ thể:

TT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu
1	Giường y tế một tay quay có lan can	Giường y tế một tay quay có lan can - Kích thước tổng thể: (Dài 2100 x Rộng 975 x Cao 510) mm - Kích thước mặt giường: (Dài 1980 x Rộng 900) mm - Chất liệu chính: Sắt sơn tĩnh điện - Tổng trọng lượng: 62kg - Tải trọng an toàn: 250 kg - Mặt giường làm bằng 2 tấm sắt đục lỗ - Tấm sắt đầu giường: lỗ 25x75 x dài 700 x rộng 900 mm - Tấm sắt đuôi giường: lỗ 25x75x dài 1150 x rộng 900 mm - Sắt làm mặt giường dày: 1,2mm - Khung tầng cứng 4 góc mặt giường hộp: 25x25x1mm + Khung giường làm bằng sắt hộp sơn tĩnh điện kích thước hộp: 30x60x1,5mm + Thanh ngang hộp: 20x40x1,5 mm + Thanh dọc hộp: 30x60x1,5mm + Chân giường hộp: 50x50x1,5mm + Tấm chắn đầu và đuôi giường làm bằng nhựa ABS, đúc nguyên khối kích thước: 378x920x60mm, có khóa cơ tháo lắp dễ dàng, trên mỗi tấm được gắn hai tấm chống va đập - Lan can làm bằng chất liệu nhôm và nhựa ABS không độc + Cấu trúc lan can: được bắt vào thành giường + Chiều dài tổng thể: 1425mm + Có thể nâng lên, gập xuống được. Chiều cao lan can khi sử dụng, tính từ mặt giường: 370mm - Phương thức chuyển động bằng 1 tay quay, đặt gọn dưới đuôi giường - Nâng hạ đầu từ 0 độ - 80 độ	Bộ	30

		- Tấm chắn đầu/đuôi giường có thể tháo rời bằng khóa chốt - Lan can có thể nâng lên – gấp xuống nhẹ nhàng - Bánh xe kích thước: 120mm, 4 bánh xe có khóa hãm và có ốp nhựa bảo vệ - Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch và cốc màn ở bốn góc giường - Cọc truyền dịch 4 móc: 01 cái + Dài : 800-1500mm + Chất liệu: Sắt mạ, chống gỉ sét - Đệm giường: 01 cái + Chất liệu: Mút cứng không sẹp + Kích thước: Dài 1980x Rộng 900x Cao 70mm + Lớp ngoài bọc giả da, màu ghi sáng mềm chống thấm nước, thân thiện với môi trường - Bảo hành: 2 năm (kể từ ngày bàn giao)		
--	--	---	--	--

2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Bệnh viện Kiến An

3. Bệnh viện được quyền sử dụng báo giá trong quá trình làm gói thầu.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng tải Website của Bệnh viện;
- Lưu HC.



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

TS.BS. *Nguyễn Bá Phước*