

Hải Phòng, ngày 12 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Cung cấp dịch vụ sửa chữa Hệ thống lọc nước RO cho máy chạy thận nhân tạo

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Kiến An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu sửa chữa Hệ thống lọc nước RO cung cấp cho máy chạy thận nhân tạo cho khoa Lọc máu - Bệnh viện Kiến An với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Kiến An.

Địa chỉ: Số 35 Trần Tất Văn, phường Bắc Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông Nguyễn Trung Kiên - Thành viên Ban mua sắm; Trưởng phòng VTTBYT Bệnh viện Kiến An

- Địa chỉ email: phongvttbytbvka@gmail.com

- Số điện thoại: 0939.163.163

Địa chỉ: Số 35 Trần Tất Văn, phường Bắc Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

+ Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Kiến An, số 35 Trần Tất Văn, phường Bắc Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

+ Nhận qua gmail: phongvttbytbvka@gmail.com. (Bỏ sung file mềm kèm theo)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2025 đến trước 17 giờ, ngày 19 tháng 3 năm 2025 (Báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét).

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành báo giá.

6. Đơn vị báo giá cung cấp hồ sơ năng lực pháp lý và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng Hệ thống lọc nước RO cung cấp cho máy chạy thận nhân tạo...

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Chi tiết các danh mục dịch vụ yêu cầu sửa chữa: (Kèm theo phụ lục 01)

2. Yêu cầu khác

- Hàng mới 100%, đúng chủng loại, xuất xứ.

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: tại khoa Lọc máu, số 35 Trần Tất Văn, phường Bắc Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.

- Vận chuyển, bảo quản thiết bị: Nhà cung cấp máy móc, thiết bị chịu trách nhiệm thực hiện.

- Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Bảo hành: Bảo hành các lỗi kỹ thuật về chế tạo, lắp đặt thuộc về phía nhà sản xuất

- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện kèm theo
- Lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm (có kèm giấy chứng nhận)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban mua sắm;
- Công TTĐT BVKA;
- Lưu VTYT.

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

TS.BS. Nguyễn Bà Phước

Phụ lục 01

**DANH MỤC CHI TIẾT DỊCH VỤ SỬA CHỮA
HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO CUNG CẤP CHO MÁY CHẠY THẬN NHÂN TẠO**
(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Bệnh viện Kiến An)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	khối lượng mời thầu	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Sửa chữa Hệ thống lọc nước RO cung cấp cho máy chạy thận nhân tạo -	<p>- Hiện tại lưu lượng nước giảm không đủ cung cấp cho các máy chạy thận nhân tạo, cần phải thay thế và nâng cấp bổ sung các màng lọc</p> <p>- Hệ thống đường ống bị rò rỉ cần phải sửa chữa và thay thế, các khung giá đỡ bị han gỉ cũng cần thay thế bằng khung Inox...</p> <p>- Trước khi đưa hệ thống hoạt động cung cấp nước RO cho máy chạy thận nhân tạo phải Kiểm tra xét nghiệm nước đầu ra: 22 chỉ tiêu hoá lý , 01 chỉ tiêu Tổng số vi sinh vật, 01 chỉ tiêu Endotoxin</p> <p><i>(Tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 (E)/ANSI/AAMI 13959:2014 đối với nước dùng trong lọc máu và các trị liệu liên quan)</i></p>	01	Gói	Bệnh Viện Kiến An số 35 Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng	Dự kiến 07 ngày từ ngày giao đơn vị sửa chữa

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Kiến An

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Kiến An/Quý khách hàng, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá dịch vụ sửa chữa như sau:

1. Báo giá cho dịch vụ sửa chữa Hệ thống lọc nước RO cung cấp cho máy chạy thận nhân tạo:

ST T	Tên vật tư	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Quy cách	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1												
2												
...												
TỔNG CỘNG:												

Bằng chữ:

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Chi phí nhập khẩu, vận chuyển tại đơn vị sử dụng, thuế VAT (đã bao gồm)
3. Hàng mới 100%, đúng chủng loại, xuất xứ.
4. Bảo hành: (Cần ghi rõ nội dung bảo hành)
5. Thanh toán: Chuyển khoản hoặc

Thông tin ngân hàng:.....

6. Thời hạn báo giá: Báo giá này có hiệu lực trong vòng

7. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹³⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))