

Hải Phòng, ngày 19 tháng 9 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Kiến An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Máy soi cổ tử cung có nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Kiến An;

Địa chỉ: Số 35 Trần Tất Văn, p. Phù Liễn, q. Kiến An, tp. Hải Phòng

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Nguyễn Trung Kiên – Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế, điện thoại: 0939.163.163, địa chỉ email: kienkahpt@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Kiến An; Điện thoại: 0965.717.065.

- Nhận qua email: vttbytbvka@gmail.com (File mềm báo giá kèm cấu hình, thông số kỹ thuật được gửi dưới dạng PDF có đóng dấu và thêm file Word hoặc Excell)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 19 tháng 9 năm 2024 đến trước 17h ngày 27 tháng 9 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày chào giá

6. Đơn vị báo giá cung cấp hồ sơ năng lực pháp lý và chứng nhận về tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hoá chào giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hoá

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Khối lượng mời thầu	Đơn vị tính
1	Máy soi cổ tử cung	Như Phụ lục chi tiết đính kèm theo	01	Chiếc

2. Địa điểm nhận hàng: Bệnh viện Kiến An, Số 35 Trần Tất Văn, p. Phù Liễn, q. Kiến An, tp. Hải Phòng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện kèm theo.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng tải Website của Bệnh viện;
- Lưu VTTBYT

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
TS.BS. Nguyễn Bá Phước

BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Kiến An

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Kiến An, chúng tôi.....(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho các thiết bị như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế

STT	Danh mục thiết yếu	Ký mã hiệu; nhãn hiệu; model; hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng /khối lượng	Đơn giá	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thiết bị A								
2	Thiết bị B								
n									

(Gửi kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày có báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
Ký tên, đóng dấu (nếu có)

PHỤ LỤC
DANH MỤC CHI TIẾT MÁY SOI CỔ TỬ CUNG

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày tháng năm 2024 về việc mời chào giá Máy soi cổ tử cung)

STT	Mô tả yêu cầu về cấu hình, tính năng và thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/ khối lượng
1	<p>I. Cấu hình</p> <ul style="list-style-type: none">- Camera soi cổ tử cung: 01 chiếc- Tay cầm điều khiển: 01 chiếc- Chân đế: 01 chiếc- Bàn phím điều khiển: 01 chiếc- Dây kết nối: 01 chiếc- Bàn đạp chân dừng hình: 01 chiếc- Card hình ảnh USB Easy Capture: 01 chiếc- Phần mềm nội soi quản lý bệnh nhân Online: 01 bộ- Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh + Tiếng Việt): 01 bộ <p>II. Tính năng, thông số kỹ thuật:</p> <p>1. Máy soi cổ tử cung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Camera: Cảm biến ảnh: 1/4 inch Sony CCD, 800000 pixels.- Tín hiệu video đầu ra: PAL/NTSC- Độ phân giải dọc: 700 TVL.- Hội tụ tự động hoặc bằng tay.- Độ sâu trường nhìn: 4.1mm ÷ 75 mm.- Khoảng cách làm việc: 200mm ÷ 400mm.- Tuổi thọ của nguồn sáng: 50000 giờ.- Cường độ sáng: 5800 Lux (với khoảng cách làm việc 200mm), 2800 Lux (với khoảng cách làm việc 400mm).- Chế độ hình ảnh: chế độ ảnh Colorless, chế độ ảnh tự nhiên, chế độ ánh sáng Led, chế độ lọc.- Điều khiển cầm tay: có các nút bấm điều khiển chế độ zoom, focus, chọn chế độ hình ảnh, điều chỉnh độ sáng tối, đánh dấu hình ảnh...- Nguồn điện: DC12V.- Giá đỡ camera: Tùy chỉnh 360°.- Chân đế: Chiều cao: 85 cm, Đường kính cơ sở: 40cm, Chiều cao tùy chỉnh: từ 90cm ÷ 120cm.	Chiếc	01