

Hải Phòng, ngày 17 tháng 12 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Kiến An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Máy điện châm với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Kiến An;

Địa chỉ: Số 35 Trần Tất Văn, p. Phù Liễn, q. Kiến An, tp. Hải Phòng

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông: Nguyễn Trung Kiên – Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế- Bệnh viện Kiến An

- Điện thoại: **0939.163.163**

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bảng báo giá theo mẫu đính kèm.

- Báo giá gửi qua đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện Kiến An; Điện thoại: **0965.717.065**.

- Đồng thời gửi File mềm báo giá kèm cấu hình, thông số kỹ thuật được gửi dưới dạng PDF có đóng dấu và thêm file Word hoặc Excell (nhận qua email: phongvttbvtbvka@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 17 tháng 12 năm 2024 đến trước 17h ngày 23 tháng 12 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày chào giá.

6. Đơn vị báo giá cung cấp hồ sơ năng lực pháp lý và chứng nhận về tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hoá chào giá.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy điện châm	Như Phụ lục chi tiết đính kèm theo	10	Máy


2. Địa điểm nhận hàng: Bệnh viện Kiến An, Số 35 Trần Tất Văn, p. Phù Liễn, q. Kiến An, tp. Hải Phòng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện kèm theo.

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng tải Website của Bệnh viện;
- Lưu VTTBYT.



GIÁM ĐỐC

TS.BS. Nguyễn Bá Phước

**PHỤ LỤC**  
**DANH MỤC CHI TIẾT MÁY ĐIỆN CHÂM**  
(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 17 tháng 12 năm 2024)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng/ khối lượng
1	Máy điện châm	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Chi tiết cấu hình gồm:</b></li><li>- Máy chính: 01 chiếc</li><li>- Phụ kiện cho máy theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất:<ul style="list-style-type: none"><li>• 6 dây nối tấm điện cực</li><li>• 6 đôi tấm điện cực massage (kích thước: 50mm x 50mm)</li><li>• 6 đôi dây kẹp kim châm và điện cực (kích thước: <math>\leq 28</math>mm)</li><li>• Sách hướng dẫn sử dụng: 1 quyển</li><li>• Hộp xốp: 1 hộp</li></ul></li><li>- <b>Thông số kỹ thuật:</b> Máy được Việt hóa trên các phím chức năng.<ul style="list-style-type: none"><li>• Nguồn điện : Nguồn điện trong máy DC9V.</li><li>• Sạc điện : Đầu vào AC220V/50Hz; Đầu ra DC 9V.</li><li>• Công suất đầu vào : 10.0VA</li><li>• Dạng sóng mạch xung đầu ra : Sóng mạch xung hai hướng không đối xứng.</li><li>• Số đường mạch xung đầu ra : 6 đường ra.</li><li>• Công suất đầu ra lớn nhất : 0.3VA( 250<math>\Omega</math>, trở kháng tải dưới ).</li><li>• Tần số mạch xung đầu ra : Có thể điều chỉnh từ 1-100Hz, dung sai cho phép <math>\pm 15\%</math>.</li><li>• Chế độ làm việc<ul style="list-style-type: none"><li>-Chế độ sóng liên tục: Liên tục</li><li>-Chế độ sóng gián đoạn : làm việc 15s, nghỉ 5s.</li><li>-Chế độ sóng thưa: tỷ lệ giữa tần số sóng phân tán và tần số sóng tập trung là 1:5.</li></ul></li><li>• Hạn chế dòng điện đầu ra: <math>\leq 10</math>mA( 250<math>\Omega</math>, trở kháng tải dưới ).</li><li>• Độ rộng mạch xung đầu ra : 0.2ms<math>\pm 30\%</math>.</li><li>• Thể tích: 345mm x 225mm x 94mm.</li><li>• Khối lượng tịnh : 1.4kg</li></ul></li></ul>	Máy	10

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Kiến An

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Kiến An, chúng tôi.....(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho các thiết bị như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế

STT	Danh mục thiết yếu	Ký mã hiệu; nhãn hiệu; model; hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng /khối lượng	Đơn giá	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thiết bị A	....								
2	Thiết bị B	.....								
n	....									

(Gửi kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày có báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm.....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**  
Ký tên, đóng dấu (nếu có)